

Прибор числа падения ПЧП-3



Прибор ПЧП-3 предназначен для контроля одного из показателей качества зерна, муки и других крахмалосодержащих продуктов путем определения активности альфа-амелазы.

Прибор ПЧП-3 по своим техническим характеристикам, продолжительности определения, а так же получаемым данным, аналогичен прибору FN-1800 (Швеция).

Эксплуатационные характеристики

- Одновременное измерение в двух пробах;
- Автоматическая оценка результатов измерений;
- Автоматический контроль температуры в водяной бане;
- Современный дизайн;
- Автоматический цикл работы;
- Длительность непрерывной работы прибора 8 часов;
- Полный комплект принадлежностей для проведения измерений

Технические характеристики

Диапазон определения числа падения,с	60-900
Частота колебаний шток-мешалки,Гц	2,0±0,3
Высота падения шток-мешалок,мм	68± 1
Температура в водяной бане, С	100±0,5
Объем дистиллированной воды,заливаемой в водяную баню,л	3
Электропитание,В	220В,50Гц
Потребляемая мощность,КВА	1,5
Габаритные размеры	450x170x530
Масса прибора,кг	25